

Kraków, 14 listopada 2012 r.

**Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2
31-503 Kraków

*Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu
jednorazowego użytku
DZP.272-33/12*

Firma Mercator Medical S.A, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków po dokonaniu wglądu do ofert w w/w postępowaniu przetargowym przez przedstawiciela regionalnego firmy Mercator Medical S.A Pana Pawła Studzińbę przedstawia:

Notatkę służbową

Firma Zarys:

1. W pakiecie nr 2 w pozycjach 1-5 w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) Zamawiający wymagał przedstawienia badań niezależnych od producenta na potwierdzenie niskiego poziomu protein lateksu. Zapis w trakcie procedury przetargowej w ramach udzielonych Wykonawcom wyjaśnień został zmodyfikowany przez dopuszczenie, jako potwierdzenia poziomu protein również badań wykonanych przez producenta.

Firma Zarys nie przedstawiła żadnego z ww. raportów z badań, który potwierdziłby spełnianie wymogów odpowiedniego poziomu protein określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. W pakiecie 2 w pozycjach 14-16 Zamawiający wymagał zgodności z normą EN 455, co należało potwierdzić dokumentami producenta dołączonymi do oferty.

Firma Zarys w ww. pozycjach zaoferowała rękawice Dermagrip Ultra LT. Do oferty została załączona próbka, która na opakowaniu deklaruje zgodność rękawic z normą EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Po wezwaniu Zamawiającego do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty Wykonawca przesłał „Raport badania wyrobu za zgodność z normami EN 455-1(2000), EN 455-2(2009+A:2011), EN 455-3(2006), EN 455-4(2009)” wystawiony w dniu

Siedziba Spółki
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel./fax: (12) 63 63 444
fax: (12) 41 58 084
medical@mercatormedical.eu

Biuro Handlowe i Magazyn
Stary Brześć 25E
87-880 Brześć Kujawski
tel./fax: (54) 252 10 20
fax: (54) 252 10 21
kujawy@mercatormedical.eu

MERCATOR MEDICAL
Spółka Akcyjna
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel. 12-636-34-44, fax 12-415-80-84
NIP: 677 10 36 424-2-
REGON: 350967107
KRS: 36244
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy i wpłacony: 6 482 550 PLN

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Adonaj Kupczyk

Certyfikaty ISO (certyfikacja)
ISO 9001:2008,
nr 93133-2011-AQ-POL-FINAS
ISO 13485:2003,
nr 93134-2011-AQ-POL-FINAS
www.mercatormedical.eu



11.07.2012 r. przez WRP Asia Pacific SDN BHD.

Norma, której wymaga Zamawiający oraz która została przywołana na opakowaniu i w dokumencie przedstawionym przez Zarys zawiera definicję serii. W EN 455-2(2009+A:2011) pkt 3.4 oraz w EN 455-4(2009) pkt. 3.4 zgodnie z przywołaną definicją serię należy rozumieć jak zbiór rękawic tego samego projektu/wzoru, koloru, kształtu, rozmiaru, składu, wyprodukowanych zasadniczo w tym samym czasie, przy użyciu tych samych procesów, surowców o tej samej specyfikacji, o wspólnym wyposażeniu i zapakowanych w tego samego rodzaju indywidualne opakowania.

Rękawice Dermagrip Ultra LT zaoferowane przez firmę Zarys dla rozmiaru S, M i L oznaczone są jednym numerem serii (0221435020311), co stoi w sprzeczności z przywołaną w nagłówku badań normą. Rękawice Dermagrip Ultra LT nie są zgodne z normą EN 455 i nie spełniają wymogów SIWZ.

Mając na uwadze powyższe stwierdzamy, iż treść oferty firmy Zarys nie odpowiada treści SIWZ i oczekiwaniom zamawiającego, co powoduje, że podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem,

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych
Aldona Kupczyk

MERCATOR MEDICAL
Spółka Akcyjna
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel. 12-636-34-44, fax 12-415-80-84
-2-

Siedziba Spółki
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel./fax: (12) 63 63 444
fax: (12) 41 58 084
medical@mercatormedical.eu

Biuro Handlowe i Magazyn
Stary Brześć 25E
87-880 Brześć Kujawski
tel./fax: (54) 252 10 20
fax: (54) 252 10 21
kujawy@mercatormedical.eu

NIP: 677 10 36 424
REGON: 350967107
KRS: 36244
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy i wpłacony: 6 482 550 PLN

Certyfikaty ISO (certyfikacja DNV):
ISO 9001:2008;
nr 93133-2011-AQ-POL-FINAS
ISO 13485:2003;
nr 93134-2011-AQ-POL-FINAS
www.mercatormedical.eu

